

CONTROL-I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

Inhibin A : عنوان آزمایش :  
الایزاریدر : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۱۰۳۱۹.


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰,۱۲۱	۰,۱۴	۱۱۵,۲۵۶	۱۱۵,۳۹۶	۱۱۵,۵۳۶	۱۱۵,۶۷۶	۱۱۵,۸۱۶	۱۱۵,۹۵۶	۱۱۶,۰۹۶

مقدار	تاریخ
۱۱۵,۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۱۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۱۵,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۱۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۱۵,۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۱۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۱۵,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۱۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۱۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۱۵,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۱۵,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۱۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 0.07	SD: 0.081	Mean: 115.669
-----------	-----------	---------------



CONTROL-I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

Inhibin A : عنوان آزمایش :  
الایزایدر : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : D۲۵۰۹۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۷,۵۴	۸,۶۶۷	۶۱,۹۹۹	۷۰,۶۶۶	۷۹,۳۳۳	۸۸	۹۶,۶۶۷	۱۰۵,۳۳۴	۱۱۴,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۹۶,۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۴

مقدار	تاریخ
۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۹۶,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶

CV%: 7.455	SD: 6.624	Mean: 88.85
------------	-----------	-------------

