

permium plus : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۰۷

Insulin : عنوان آزمایش :
liaison : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۴۶۳


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۹۵۸	۱,۰۷۸	۱۴,۸۵۹	۱۵,۹۳۷	۱۷,۰۱۵	۱۸,۰۹۳	۱۹,۱۷۱	۲۰,۲۴۹	۲۱,۳۲۷

مقدار	تاریخ
۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۹,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۸,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۹,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۸,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 6.481	SD: 1.18	Mean: 18.21
------------	----------	-------------



22