

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

LDH : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۹۹	۲۲,۰۶۴	۵۸۳,۰۱۹	۶۰۵,۰۸۳	۶۲۷,۱۴۷	۶۴۹,۲۱۱	۶۷۱,۲۷۵	۶۹۳,۳۳۹	۷۱۵,۴۰۳

مقدار	تاریخ
۶۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۶۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۶۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۶۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۶۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۶۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۶۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۶۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۶۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۶۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۶۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۶۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۶۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۶۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۶۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۶۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۶۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۶۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۶۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۶۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۶۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۶۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۶۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۶۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۶۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۶۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۶۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۶۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۶۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 1.375	SD: 8.995	Mean: 654.3
------------	-----------	-------------

