

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GN625

LDL cholesterol : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۰۶۷	۱,۶۰۷	۴۷,۵۷۹	۴۹,۱۸۶	۵۰,۷۹۳	۵۲,۴	۵۴,۰۰۷	۵۵,۶۱۴	۵۷,۲۲۱

مقدار	تاریخ
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 2.146	SD: 1.106	Mean: 51.533
------------	-----------	--------------

