

Level High : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

Lamotrigine : عنوان آزمایش :
HPLC : عنوان دستگاه :
سری ساخت : -

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۱۱۴	۰,۲۸۲	۴,۶۷۲	۴,۹۵۴	۵,۲۳۶	۵,۵۱۸	۵,۸	۶,۰۸۲	۶,۳۶۴

مقدار	تاریخ
۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۵,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۵,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۵,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۵,۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۵,۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۵,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۵,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۵,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۵,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۵,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۵,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۵,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۵,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۵,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۵,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۵,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۵,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۵,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۵,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۵,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۳

CV%: 4.109	SD: 0.233	Mean: 5.676
------------	-----------	-------------

