

Multi I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

Lipase : عنوان آزمایش :
Integra 400 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳۵۴	۲,۴۸۸	۳۹,۰۰۳	۴۱,۴۹۱	۴۳,۹۷۹	۴۶,۴۶۷	۴۸,۹۵۵	۵۱,۴۴۳	۵۳,۹۳۱

مقدار	تاریخ
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۴۸,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۴۹,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۴۷,۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰

CV%: 4.027	SD: 1.938	Mean: 48.123
------------	-----------	--------------

