

عنوان کنترل : RTI TEB III  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

عنوان آزمایش : Lithium  
عنوان دستگاه : مدیکا  
سری ساخت : RTC08392

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۰۲۱	۰,۰۲۳	۱,۰۴۵	۱,۰۶۸	۱,۰۹۱	۱,۱۱۴	۱,۱۳۷	۱,۱۶	۱,۱۸۳

مقدار	تاریخ
۱,۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱,۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱,۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۱,۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۱,۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۱,۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۱,۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱,۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱,۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱,۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱,۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۴

CV%: 2.02	SD: 0.023	Mean: 1.126
-----------	-----------	-------------

