

Internal Control

MPO Ab	: آزمایش ۱	تاریخ:	چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵
کنترل مثبت	: کنترل	کیفیت:	Orgentec
Orgentec	: شرکت سازنده	شرکت سازنده:	Orgentec
	: سری ساخت	سری ساخت:	۲۴۰۱۴۲۸
	: تاریخ انقضاء	تاریخ انقضاء:	
	: مرجع CV مجاز	CV مجاز:	۶,۳
۲۸,۳۳۳	: حد پایین	حد بالا:	۴۱,۶۶۷
		توضیحات:	

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۷,۲	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۳,۵	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۷,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۲۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۵,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۴,۰	OK	۲,۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۸,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۶,۲	OK	۲,۸
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۷,۵	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۰۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۷,۵	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۰۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۳۷,۳	OK	۱,۲۶

CV : 4.503