

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Magnesium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025



%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۰۴	۰,۱۲۸	۳,۶۰۱	۳,۷۲۹	۳,۸۵۷	۳,۹۸۵	۴,۱۱۳	۴,۲۴۱	۴,۳۶۹

مقدار	تاریخ
۴,۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۴,۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۴,۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۳,۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۳,۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۳,۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۳,۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۳,۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴,۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۴,۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴,۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۴,۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۴,۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۴,۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۴,۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۴,۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۳,۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۴,۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۴,۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴,۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۴,۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۴,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۴,۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۴,۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۴,۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۳,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۴,۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۴,۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۳,۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 3.013	SD: 0.122	Mean: 4.048
------------	-----------	-------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Magnesium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۹۸	۰,۰۲۹	۱,۹۵۸	۱,۹۸۷	۲,۰۱۶	۲,۰۴۵	۲,۰۷۴	۲,۱۰۳	۲,۱۳۲

مقدار	تاریخ
۲,۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۲,۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۲,۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲,۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲,۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱,۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲,۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲,۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲,۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۲,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲,۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۲,۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۲,۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۲,۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۲,۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲,۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۲,۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۲,۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۲,۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۲,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۲,۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۲,۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲,۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲,۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲,۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۲,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 1.655	SD: 0.034	Mean: 2.054
------------	-----------	-------------

