

عنوان کنترل : Maternal control I
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۸

عنوان آزمایش : PAPP-A
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۷۷۸۰۲۲


| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳,۹۹۹ | ۰,۲۰۵ | ۴,۵۱۲ | ۴,۷۱۷ | ۴,۹۲۲ | ۵,۱۲۷ | ۵,۳۳۲ | ۵,۵۳۷ | ۵,۷۴۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵,۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| ۵,۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
| ۵,۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
| ۵,۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
| ۵,۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| ۴,۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴,۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
| ۴,۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
| ۴,۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
| ۵,۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
| ۵,۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 4.264 | SD: 0.218 | Mean: 5.108 |
|------------|-----------|-------------|



Maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۵/۰۲/۲۰

PAPP-A : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۸۴۷۹۴۵ : عنوان دستگاه :
کوباس E411


| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-----|-------|------------------|------------------|------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳,۲ | ۰,۳۶۷ | ۴,۱۴۹ | ۴,۵۱۶ | ۴,۸۸۳ | ۵,۲۵ | ۵,۶۱۷ | ۵,۹۸۴ | ۶,۳۵۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵,۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
| ۵,۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
| ۵,۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
| ۵,۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵,۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
| ۴,۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
| ۵,۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
| ۵,۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 4.287 | SD: 0.224 | Mean: 5.236 |
|------------|-----------|-------------|



Maternal control III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

PAPP-A : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۳۷۸۹۷۰ : عنوان دستگاه : کوباس E411


| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴,۰۰۵ | ۰,۰۱ | ۰,۲۱۸ | ۰,۲۲۸ | ۰,۲۳۸ | ۰,۲۴۸ | ۰,۲۵۸ | ۰,۲۶۸ | ۰,۲۷۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰,۲۵۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| ۰,۲۵۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
| ۰,۲۵۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰,۲۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
| ۰,۲۵۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
| ۰,۲۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
| ۰,۲۴۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
| ۰,۲۵۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰,۲۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
| ۰,۲۴۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
| ۰,۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
| ۰,۲۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
| ۰,۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |

| | | |
|------------|----------|-------------|
| CV%: 4.207 | SD: 0.01 | Mean: 0.247 |
|------------|----------|-------------|



Maternal control II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰

PAPP-A : عنوان آزمایش :
کوباس E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۴۷۹۴۵

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-----|-------|------------------|------------------|------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳,۲ | ۰,۱۶۳ | ۱,۸۳۱ | ۱,۹۹۴ | ۲,۱۵۷ | ۲,۳۲ | ۲,۴۸۳ | ۲,۶۴۶ | ۲,۸۰۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲,۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲,۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
| ۲,۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
| ۲,۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
| ۲,۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲,۴۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
| ۲,۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
| ۲,۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
| ۲,۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 4.067 | SD: 0.094 | Mean: 2.312 |
|------------|-----------|-------------|

