

## Internal Control

تاریخ :	شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵	آزمایش ۱ :	Anti PR3 Ab
کیفیت :	EUROIMMUN	کنترل :	کنترل داخل کیفیت
شرکت سازنده :		شرکت سازنده :	شرکت سازنده :
سری ساخت :	E250122AY	سری ساخت :	سری ساخت :
تاریخ انقضاء :		تاریخ انقضاء :	تاریخ انقضاء :
CV مجاز :	۱۱,۲	مرجع CV مجاز :	مرجع CV مجاز :
حد بالا :	۱۴۰,۳۳۳	حد پایین :	۹۳,۶۶۷

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۰,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۱,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۲۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۰,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۳,۴	OK	۲,۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۴۰,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۰,۰	OK	۲,۱۲
۱۴۰۵/۰۲/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۷,۰	OK	۲,۸
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۹,۴	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۰۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۱,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۴۰,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۲۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۸,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۱,۱	OK	۱,۱۸
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۱,۰	OK	۱,۱۵

CV : 6.094