

عنوان کنترل : abbot-2  
شروع کنترل : ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

عنوان آزمایش : PSA  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۲	۰,۲۶۷	۳,۱۹۹	۳,۴۶۶	۳,۷۳۳	۴	۴,۲۶۷	۴,۵۳۴	۴,۸۰۱

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۳,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۴,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۳,۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۴,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۴,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 6.729	SD: 0.263	Mean: 3.904
------------	-----------	-------------

