

Level High : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

Phenobarbital : عنوان آزمایش :  
HPLC : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : -

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۶۴۵	۲,۶۷۹	۳۹,۴۲۷	۴۲,۱۰۶	۴۴,۷۸۵	۴۷,۴۶۴	۵۰,۱۴۳	۵۲,۸۲۲	۵۵,۵۰۱

مقدار	تاریخ
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۴۴,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۴۷,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۴۷,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۴۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۴۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۴۶,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۴۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۴۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۴۷,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۸,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۴۶,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۴۷,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۳

CV%: 3.334	SD: 1.58	Mean: 47.384
------------	----------	--------------

