

Level High : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

Phenytoin : عنوان آزمایش :  
HPLC : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : -

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۲۲۱	۰,۳۸۵	۶,۲۱۸	۶,۶۰۳	۶,۹۸۸	۷,۳۷۳	۷,۷۵۸	۸,۱۴۳	۸,۵۲۸

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۸,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۶,۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۸,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۷,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۷,۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۷,۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۷,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۷,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۷,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۷,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۷,۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۷,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۷,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۷,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۷,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۷,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۷,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۷,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۷,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۷,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳

CV%: 4.879	SD: 0.37	Mean: 7.584
------------	----------	-------------

