

Level High : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

Primidone : عنوان آزمایش :  
HPLC : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : -

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۴۲۱	۰,۵	۷,۷۲۷	۸,۲۲۷	۸,۷۲۷	۹,۲۲۷	۹,۷۲۷	۱۰,۲۲۷	۱۰,۷۲۷

مقدار	تاریخ
۹,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۸,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۹,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۹,۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۹,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۹,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۹,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۹,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۹,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۹,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۹,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۹,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۹,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۹,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۹,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۹,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳

CV%: 3.624	SD: 0.334	Mean: 9.22
------------	-----------	------------

