

Universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

Prolactin : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۶۵۶	۰,۴۹۵	۹,۱۴۲	۹,۶۳۷	۱۰,۱۳۲	۱۰,۶۲۷	۱۱,۱۲۲	۱۱,۶۱۷	۱۲,۱۱۲

مقدار	تاریخ
۱۱,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱۰,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۹,۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۰,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۰,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۰,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۱۰,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۰,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۱,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۹,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۹,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۰,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱۰,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰

CV%: 4.607	SD: 0.482	Mean: 10.458
------------	-----------	--------------



عنوان کنترل : Universal II
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : Cobas E411
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳۱۱	۲,۰۴۷	۳۲,۳۹۲	۳۴,۴۳۹	۳۶,۴۸۶	۳۸,۵۳۳	۴۰,۵۸	۴۲,۶۲۷	۴۴,۶۷۴

مقدار		تاریخ		مقدار		تاریخ		مقدار		تاریخ	
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
		۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
		۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱			۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		
		۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۲						
		۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳						
CV%: 5.867				SD: 2.246				Mean: 38.28			

