

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG  
عنوان دستگاه : لیازون  
سری ساخت : ۷۰۴۸۰۶۰  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱  
کنترل داخل کیت :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۲۰۱	۰,۸۲۶	۲۳,۳۴۲	۲۴,۱۶۸	۲۴,۹۹۴	۲۵,۸۲	۲۶,۶۴۶	۲۷,۴۷۲	۲۸,۲۹۸

مقدار	تاریخ
۲۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۲۵,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲۶,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۲۵,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۲۵,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۲۴,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۵,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۲۵,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۲۵,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۲۵,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۲۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۲۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 2.596	SD: 0.665	Mean: 25.604
------------	-----------	--------------

