

diasorin : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

سری ساخت : ۰۵۸۰۵۶

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۱۸۷	۴,۳۰۹	۸۹,۹۹	۹۴,۲۹۹	۹۸,۶۰۸	۱۰۲,۹۱۷	۱۰۷,۲۲۶	۱۱۱,۵۳۵	۱۱۵,۸۴۴

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 2.834	SD: 2.965	Mean: 104.593
------------	-----------	---------------

