

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

(SGOT (AST : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP625

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰,۹۴۸	۰,۴۳۳	۴۴,۴۲۵	۴۴,۸۵۸	۴۵,۲۹۱	۴۵,۷۲۴	۴۶,۱۵۷	۴۶,۵۹	۴۷,۰۲۳

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۴۵,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۴۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۴۵,۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۴۵,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴۶,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 1.045	SD: 0.476	Mean: 45.577
------------	-----------	--------------

