

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

(SGPT (ALT : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۵۱۴	۲,۰۸	۳۹,۸۴	۴۱,۹۲	۴۴	۴۶,۰۸	۴۸,۱۶	۵۰,۲۴	۵۲,۳۲

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 3.001	SD: 1.375	Mean: 45.8
------------	-----------	------------

