

ISE Control : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

Sodium : عنوان آزمایش :  
Caretium : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : C102507

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰,۸۵۲	۱,۱۹۲	۱۳۶,۴۰۱	۱۳۷,۵۹۳	۱۳۸,۷۸۵	۱۳۹,۹۷۷	۱۴۱,۱۶۹	۱۴۲,۳۶۱	۱۴۳,۵۵۳

مقدار	تاریخ
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱۴۰,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۳۸,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱۴۰,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱۳۹,۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۴۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۴۰,۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۴۰,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۴۰,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۱۴۰,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۴۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۳۹,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۱۴۰,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۲,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۱۴۱,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۱۴۰,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۳۹,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱۴۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳

CV%: 0.739	SD: 1.038	Mean: 140.541
------------	-----------	---------------

