

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴۷۷	۸,۷۹۳	۳۲۸,۶۲۱	۳۳۷,۴۱۴	۳۴۶,۲۰۷	۳۵۵	۳۶۳,۷۹۳	۳۷۲,۵۸۶	۳۸۱,۳۷۹

مقدار	تاریخ
۳۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۳۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۳۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۳۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۳۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۳۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۳۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۳۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۳۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۳۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۳۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۳۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۳۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 1.852	SD: 6.568	Mean: 354.714
------------	-----------	---------------



عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹
عنوان کنترل : universal LOW
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۲۴	۴,۳۰۷	۱۳۴,۳۴۶	۱۳۸,۶۵۳	۱۴۲,۹۶	۱۴۷,۲۶۷	۱۵۱,۵۷۴	۱۵۵,۸۸۱	۱۶۰,۱۸۸

مقدار	تاریخ
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 2.825	SD: 4.199	Mean: 148.643
------------	-----------	---------------

