

Perci con -1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱

Tacrolimus : عنوان آزمایش :
کوباس e 411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۰۴۴۳۵

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳۳۵	۰,۱۲۱	۱,۹۱۱	۲,۰۳۲	۲,۱۵۳	۲,۲۷۴	۲,۳۹۵	۲,۵۱۶	۲,۶۳۷

مقدار	تاریخ
۲,۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲,۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲,۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۲,۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۲,۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۲,۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۲,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۲,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲,۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹

CV%: 4.022	SD: 0.093	Mean: 2.303
------------	-----------	-------------

