

universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
COBAS 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت: ۶۲۳۱۱۹۰۵


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶۹۵	۰,۸۱۲	۱۹,۵۳۱	۲۰,۳۴۳	۲۱,۱۵۵	۲۱,۹۶۷	۲۲,۷۷۹	۲۳,۵۹۱	۲۴,۴۰۳

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 3.614	SD: 0.801	Mean: 22.154
------------	-----------	--------------



عنوان کنترل : universal II
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

عنوان آزمایش : Thyroglobulin
عنوان دستگاه : cobas 6000
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۱۵۶	۲,۷۰۹	۷۷,۷۰۶	۸۰,۴۱۵	۸۳,۱۲۴	۸۵,۸۳۳	۸۸,۵۴۲	۹۱,۲۵۱	۹۳,۹۶

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 3.028	SD: 2.609	Mean: 86.154
------------	-----------	--------------

