

عنوان آزمایش : ( Toxoplasma Ab ( IgM  
عنوان دستگاه : الایزایدر  
سری ساخت : ETOXC102۲۴  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۲۶  
عنوان کنترل : داخل کیت

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۴۸۷	۱,۲۸۶	۱۵,۹۷۲	۱۷,۲۵۸	۱۸,۵۴۴	۱۹,۸۳	۲۱,۱۱۶	۲۲,۴۰۲	۲۳,۶۸۸

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۱۹,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۹,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۹,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۱۹,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۹,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۲۰,۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲۱,۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۱,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱۹,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
		۱۹,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
		۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۲۱,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
		۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۸,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 5.398	SD: 1.071	Mean: 19.841
------------	-----------	--------------

