

Normal - PTS : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Transferrin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۴

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۲۹	۴,۳۳۷	۱۸۱,۵۵۶	۱۸۵,۸۹۳	۱۹۰,۲۳	۱۹۴,۵۶۷	۱۹۸,۹۰۴	۲۰۳,۲۴۱	۲۰۷,۵۷۸

مقدار	تاریخ
۱۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۱۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۱۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 1.995	SD: 3.832	Mean: 192.071
------------	-----------	---------------

