

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine 24 hrs
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۲۲۵۳
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۲۷	۲,۲۴۷	۱۵۰,۸۰۶	۱۵۳,۰۵۳	۱۵۵,۳	۱۵۷,۵۴۷	۱۵۹,۷۹۴	۱۶۲,۰۴۱	۱۶۴,۲۸۸

مقدار	تاریخ
۱۵۸,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۵۵,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۵۷,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱۵۸,۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۵۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۵۸,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۵۶,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۵۹,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۵۷,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۵۹,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۵۸,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۵۸,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱۵۹,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۹

CV%: 1.004	SD: 1.58	Mean: 157.36
------------	----------	--------------

