

عنوان کنترل : پولدسرم
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : -

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۷۲	۰,۰۱	۰,۵۲۶	۰,۵۳۶	۰,۵۴۶	۰,۵۵۶	۰,۵۶۶	۰,۵۷۶	۰,۵۸۶

مقدار	تاریخ
۰,۵۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۰,۵۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۰,۵۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۰,۵۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۰,۵۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۰,۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۰,۵۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۰,۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۰,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۰,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۰,۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۰,۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۰,۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۰,۵۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۰,۵۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۰,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۰,۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۰,۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۰,۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۰,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۰,۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۰,۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۰,۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳

CV%: 1.447	SD: 0.008	Mean: 0.551
------------	-----------	-------------

