

Varia II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۶۲۷۵۸

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۴۱۱	۷۸,۴۱۳	۸۲۲,۷۶۱	۹۰۱,۱۷۴	۹۷۹,۵۸۷	۱۰۵۸	۱۱۳۶,۴۱۳	۱۲۱۴,۸۲۶	۱۲۹۳,۲۳۹

مقدار	تاریخ
۱۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۰۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۰۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۹۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۰۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۰۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۰۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۰۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۰۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۰۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۰۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۰۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۹۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 4.403	SD: 46.491	Mean: 1056
------------	------------	------------

