

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : ۰۲۰۹۰۱
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۸۸	۰,۷۲۲	۵۸,۵۹۷	۵۹,۳۱۹	۶۰,۰۴۱	۶۰,۷۶۳	۶۱,۴۸۵	۶۲,۲۰۷	۶۲,۹۲۹

مقدار	تاریخ
۶۰,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۶۰,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۶۰,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۶۰,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۶۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۶۰,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 1.165	SD: 0.707	Mean: 60.725
------------	-----------	--------------



Control High : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
 شروع کنترل : ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ : سری ساخت : /۰۴۰۸۰۱ : الایزایدر : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۷	۶,۳۸۳	۳۲,۷۰۱	۳۹,۰۸۴	۴۵,۴۶۷	۵۱,۸۵	۵۸,۲۳۳	۶۴,۶۱۶	۷۰,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۵۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۵

مقدار	تاریخ
۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۵۶,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۵۰,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶

CV%: 7.938	SD: 4.145	Mean: 52.22
------------	-----------	-------------



عنوان کنترل : low
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

سری ساخت : ۰۲۰۹۰۱

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : الایزایدر


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۷۶	۰,۱۸۲	۱۴,۹۱۵	۱۵,۰۹۷	۱۵,۲۷۹	۱۵,۴۶۱	۱۵,۶۴۳	۱۵,۸۲۵	۱۶,۰۰۷

مقدار	تاریخ
۱۵,۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۵,۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۵,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۵,۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۵,۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۵,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۵,۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۵,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۵,۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۵,۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 0.593	SD: 0.092	Mean: 15.474
------------	-----------	--------------



عنوان کنترل : Control Low
شروع کنترل :
۱۴۰۵/۰۲/۲۱:

سری ساخت : Ratio Diagnostics

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : الایزایدر

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۸	۱,۳۸۳	۱۰,۷۰۱	۱۲,۰۸۴	۱۳,۴۶۷	۱۴,۸۵	۱۶,۲۳۳	۱۷,۶۱۶	۱۸,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۱۳,۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۵

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۵,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۱۵,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۵,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۱۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶

CV%: 5.967	SD: 0.884	Mean: 14.81
------------	-----------	-------------

