

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin E  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت : -

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۲۷۶	۰,۱۴۵	۱۰,۸۹۸	۱۱,۰۴۳	۱۱,۱۸۸	۱۱,۳۳۳	۱۱,۴۷۸	۱۱,۶۲۳	۱۱,۷۶۸

مقدار	تاریخ
۱۱,۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۱۱,۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱۱,۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۱,۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱۱,۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱۱,۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۱,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۱,۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۱۱,۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۱,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۱,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱۱,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱۱,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳

CV%: 0.735	SD: 0.083	Mean: 11.339
------------	-----------	--------------

